

CRITERI DI VALUTAZIONE		MAX PUNTI	ELEMENTI MOTIVAZIONALI	TIPOLOGIA	PESO	ADAMO SRL						ALTAMED SRL						ITEM OXYGEN SRL						
						dettagli	COMM 1	COMM 2	COMM 3	MEDIA	PUNTI	dettaglio	COMM 1	COMM 2	COMM 3	MEDIA	PUNTI	dettagli	COMM 1	COMM 2	COMM 3	MEDIA	PUNTI	
						scialitica: costr. Adamo Srl mod. KS-7070M-C						scialitica: costr.Baxter Medical mod.Helux Pro						scialitica: costr. Mindray mod. HyLED C8						
						pensili: costr. MZ-LIBEREC mod. OK07-57						pensili: Baxter Medical mod. Truport 5000 – 2430/1465						pensili: costr. Mindray mod. HyPort 3000						
1. Caratteristiche tecniche lampade scialitiche	20	1) Caratteristiche tecniche lampade scialitiche																Nella relazione presentata è stata indicata un'estensione massima orizzontale del braccio scialitica che non trova riscontro nei disegni e nelle planimetrie che sono state allegati. La Commissione, basandosi sui disegni quotati presentati, ha quindi calcolato la massima estensione del braccio scialitica che risulta pari a: 144 cm.					2,54	
		a) Escursioni di movimentazione (massima estensione orizzontale) Sarà assegnato il punteggio massimo al concorrente che presenta la massima estensione orizzontale del braccio scialitica e proporzionale agli altri.	Q	4	massima estensione braccio scialitica: 150 cm						2,64	massima estensione braccio scialitica: 227 cm					4,00	Discreta versatilità di posizionamento	0,7	0,7	0,7	0,7	2,80	
		b) Versatilità di posizionamento (configurazione, rotazioni e angolazioni agli snodi, ingombri in posizione di riposo)	D	4	Discreta versatilità di posizionamento	0,7	0,7	0,7	0,7	2,80	Ottima versatilità di posizionamento	1	1	1	1	4,00	Range di regolazione dei parametri illuminotecnici sufficiente	0,6	0,6	0,6	0,6	3,60		
		c) Range di regolazione dei parametri illuminotecnici (temperatura di colore, diametro e profondità del campo, intensità luminosa)	D	6	Sufficiente range di regolazione dei parametri illuminotecnici.	0,6	0,6	0,6	0,6	3,60	Ampio range di regolazione dei parametri illuminotecnici. Ottimo	1	1	1	1	6,00	Scarso. Presenti solo sistemi di sincronizzazione	0,4	0,4	0,4	0,4	1,60		
		d) Sistemi avanzati per la regolazione automatica	D	4	Presenza sistemi automatici di gestione delle ombre. Discreto	0,7	0,7	0,7	0,7	2,80	Ottimi sistemi automatici di gestione delle ombre e del fuoco	1	1	1	1	4,00	Ra: 99					2,00		
		e) Indice di resa cromatica (Ra) Saranno assegnati i seguenti punteggi: Ra 96-97: 1 ; Ra 98 o superiore: 2	T	2	Ra:96					1,00	Ra:97					1,00								
TOTALE CRITERIO 1					20	12,84						19,00						12,54						
2) Caratteristiche tecniche pensili																								
2. Caratteristiche tecniche pensili	20	a) Layout di posizionamento in sala	D	3	Buono	0,8	0,8	0,8	0,8	2,40	Buono	0,8	0,8	0,8	0,8	2,40	Scarsa, pensili posizionati in maniera non funzionale rispetto al flusso di lavoro previsto nelle sale	0,4	0,4	0,4	0,4	1,20		
		b) Escursioni di movimentazione (massima estensione orizzontale) Sarà assegnato il punteggio massimo al concorrente che presenta la massima estensione orizzontale e proporzionale agli altri	Q	3	Massima estensione orizzontale: 1.800 mm					2,01	Massima estensione orizzontale: 2.682mm					3,00	Massima estensione orizzontale: 1.500 mm					1,68		
		c) Angolazioni (massima rotazione a tutti gli snodi) Sarà assegnato il punteggio massimo al concorrente che presenta i massimi angoli di rotazione ai tre snodi (somma dei tre angoli) e proporzionale agli altri	Q	3	Angolo di 330° su tutti gli snodi					2,91	Angolo di 330° su tutti gli snodi					2,91	Angolo di 340° su tutti gli snodi					3,00		
		e) Ergonomia di posizionamento delle utenze	D	4	Ergonomia di posizionamento delle utenze sufficiente	0,6	0,6	0,6	0,6	2,40	Ottima ergonomia di posizionamento delle utenze e flessibilità di posizionamento anche successivamente all'installazione	1	1	1	1	4,00	Ergonomia di posizionamento delle utenze sufficiente	0,6	0,6	0,6	0,6	2,40		
		f) Ergonomia di configurazione supporti e accessori	D	5	Pensile elevabile in altezza. Discreto	0,7	0,7	0,7	0,7	3,50	Buona ergonomia nella riconfigurazione della dislocazione degli accessori e supporti	0,8	0,8	0,8	0,8	4,00	Sufficiente	0,6	0,6	0,6	0,6	3,00		
		g) Portata massima della testata (complessiva su ripiano e supporti) Sarà assegnato il punteggio massimo al concorrente che presenta la massima portata e proporzionale agli altri.	Q	2	Portata massima: 150 kg					0,30	Portata massima: 240kg					0,48	Portata massima: 200 kg					0,40		
TOTALE CRITERIO 2					20	13,53						16,79						11,68						
3) Assistenza tecnica																								
3. Assistenza tecnica	10	a) Estensione del periodo di garanzia (rispetto ai min. 24 mesi richiesti) Sarà assegnato il punteggio massimo al concorrente che presenta estensione della garanzia pari o superiore a 60 mesi (totale 84 mesi di garanzia) e proporzionale agli altri	Q	10	Periodo di garanzia totale: 40 mesi					4,76	Periodo di garanzia totale: 84 mesi					10,00	Periodo di garanzia totale: 84 mesi					10,00		
TOTALE CRITERIO 3					10	4,76						10,00						10,00						
4)Lavori chiavi in mano																								
4. Lavori chiavi in mano	20	a) Adeguatezza e completezza del progetto di massima presentato e delle soluzioni realizzative proposte	D	7	Progetto di massima discreto	0,7	0,7	0,7	0,7	4,90	Progetto di massima innovativo e distinto	0,9	0,9	0,9	0,9	6,30	Progetto di massima sufficiente	0,6	0,6	0,6	0,6	4,20		
		b) Soluzioni per il coordinamento dell'installazione rispetto al cronoprogramma del cantiere principale	D	3	Buone soluzioni per il coordinamento dell'installazione e la gestione delle tempistiche	0,8	0,8	0,8	0,8	2,40	Buone soluzioni per il coordinamento dell'installazione e la gestione delle tempistiche	0,8	0,8	0,8	0,8	2,40	Il progetto presentato non dettaglia sufficientemente il cronoprogramma lavori. Scarso	0,4	0,4	0,4	0,4	1,20		
		c) Lavorazioni e finiture ulteriori e migliorative dal punto di vista estetico e funzionale (p.es. controsoffitto, rivestimenti pareti, illuminazione ambientale)	D	10	Rifacimento controsoffitto con controsoffitto a pannelli modulari a tenuta. Installazione lampade ambientali a led. Sufficiente	0,6	0,6	0,6	0,6	6,00	Rifacimento controsoffitto con controsoffitto a pannelli modulari a tenuta. Installazione lampade ambientali a led. Sufficiente	0,6	0,6	0,6	0,6	6,00	Rifacimento controsoffitto con controsoffitto a pannelli modulari a tenuta. Installazione lampade ambientali a led. Sufficiente	0,6	0,6	0,6	0,6	6,00		
TOTALE CRITERIO 4					20	13,30						14,70						11,40						
Tot. punti		70	TOTALE			70	44,43						60,49						45,62					
		TOTALE RIPARAMETRATO			70	51,41						70,00						52,79						