

CRITERI DI VALUTAZIONE	MAX PUNTI	ELEMENTI MOTIVAZIONALI	TIPOLOGIA	PESO	SANITY LIFE SRL						SO.E.M MEDICAL SRL						SOL S.P.A.					
					dettaglio	COMM 1	COMM 2	COMM 3	MEDIA	PUNTI	dettaglio	COMM 1	COMM 2	COMM 3	MEDIA	PUNTI	dettaglio	COMM 1	COMM 2	COMM 3	MEDIA	PUNTI
					scialitica: costr. Kenswick mod. VLEDX						scialitica: costr. Berchtold mod. Chromophare SLX 628						scialitica: costr. Simeon mod. Simled 8000					
					pensili: costr. Kenswick mod. MEGA						pensili: costr. Ondal mod. MediBoom MA 160EBL						Pensili: costr. Berman mod. AR-6700/F					
1) Caratteristiche tecniche lampade scialitiche																						
1. Caratteristiche tecniche lampade scialitiche	20	a) Escursioni di movimentazione (massima estensione orizzontale) Sarà assegnato il punteggio massimo al concorrente che presenta la massima estensione orizzontale del braccio scialitica e proporzionale agli altri.	Q	4	Nella relazione presentata non è stata indicata l'estensione massima orizzontale del braccio scialitica. La Commissione, basandosi sui disegni quotati presentati, ha quindi calcolato la massima estensione del braccio scialitica che risulta pari a: 180 cm.					3,17	Nella relazione presentata è stato indicato il massimo raggio d'ingombro anziché l'estensione massima orizzontale del braccio scialitica. La Commissione, basandosi sui disegni quotati presentati, ha quindi calcolato la massima estensione del braccio scialitica che risulta pari a: 190 cm.					3,35	massima estensione braccio scialitica: 218 cm					3,84
		b) Versatilità di posizionamento (configurazione, rotazioni e angolazioni agli snodi, ingombri in posizione di riposo)	D	4	Discreta versatilità di posizionamento	0,7	0,7	0,7	0,7	2,80	Discreta versatilità di posizionamento	0,7	0,7	0,7	0,7	2,80	Discreta versatilità di posizionamento	0,7	0,7	0,7	0,7	2,80
		c) Range di regolazione dei parametri illuminotecnici (temperatura di colore, diametro e profondità del campo, intensità luminosa)	D	6	Range di regolazione dei parametri illuminotecnici sufficiente	0,6	0,6	0,6	0,6	3,60	Discreto range di regolazione dei parametri illuminotecnici.	0,7	0,7	0,7	0,7	4,20	Buon range di regolazione dei parametri illuminotecnici.	0,8	0,8	0,8	0,8	4,80
		d) Sistemi avanzati per la regolazione automatica	D	4	Scarso. Presenti solo sistemi di sincronizzazione	0,4	0,4	0,4	0,4	1,60	Scarso. Presenti solo sistemi di sincronizzazione	0,4	0,4	0,4	0,4	1,60	Presenza sistemi automatici di gestione delle ombre. Discreto	0,7	0,7	0,7	0,7	2,80
		e) Indice di resa cromatica (Ra) Saranno assegnati i seguenti punteggi: Ra 96-97: 1 ; Ra 98 o superiore: 2	T	2	Ra: 99					2,00	Ra:96					1,00	Ra: 98					2,00
TOTALE CRITERIO 1				20	13,17						12,95						16,24					
2) Caratteristiche tecniche pensili																						
2. Caratteristiche tecniche pensili	20	a) Layout di posizionamento in sala	D	3	Buono	0,8	0,8	0,8	0,8	2,40	Buono	0,8	0,8	0,8	0,8	2,40	Buono	0,8	0,8	0,8	0,8	2,40
		b) Escursioni di movimentazione (massima estensione orizzontale) Sarà assegnato il punteggio massimo al concorrente che presenta la massima estensione orizzontale e proporzionale agli altri	Q	3	Massima estensione orizzontale: 1.400 mm					1,57	Massima estensione orizzontale: 1.400mm					1,57	Massima estensione orizzontale: 1.900 mm					2,13
		c) Angolazioni (massima rotazione a tutti gli snodi) Sarà assegnato il punteggio massimo al concorrente che presenta i massimi angoli di rotazione ai tre snodi (somma dei tre angoli) e proporzionale agli altri	Q	3	Angolo di 340° su tutti gli snodi					3,00	Angolo di 340° su tutti gli snodi					3,00	Angolo di 330° su tutti gli snodi					2,91
		e) Ergonomia di posizionamento delle utenze	D	4	Posizionamento delle utenze sufficiente	0,6	0,6	0,6	0,6	2,40	Ergonomia di posizionamento delle utenze sufficiente	0,6	0,6	0,6	0,6	2,40	Ergonomia di posizionamento delle utenze sufficiente	0,6	0,6	0,6	0,6	2,40
		f) Ergonomia di configurazione supporti e accessori	D	5	Sufficiente	0,6	0,6	0,6	0,6	3,00	Discreto	0,7	0,7	0,7	0,7	3,50	Sufficiente	0,6	0,6	0,6	0,6	3,00
		g) Portata massima della testata (complessiva su ripiano e supporti) Sarà assegnato il punteggio massimo al concorrente che presenta la massima portata e proporzionale agli altri.	Q	2	Portata massima: 250 kg					0,50	Portata massima: 1.000 kg					2,00	Portata massima: 250 kg					0,50
TOTALE CRITERIO 2				20	12,87						14,87						13,34					
3) Assistenza tecnica																						
3. Assistenza tecnica	10	a) Estensione del periodo di garanzia (rispetto ai min. 24 mesi richiesti) Sarà assegnato il punteggio massimo al concorrente che presenta estensione della garanzia pari o superiore a 60 mesi (totale 84 mesi di garanzia) e proporzionale agli altri	Q	10	Periodo di garanzia totale: 50 mesi					5,95	Periodo di garanzia totale: 48 mesi					5,71	Periodo di garanzia totale: 48 mesi					5,71
TOTALE CRITERIO 3				10	5,95						5,71						5,71					
4)Lavori chiavi in mano																						
4. Lavori chiavi in mano	20	a) Adeguatezza e completezza del progetto di massima presentato e delle soluzioni realizzative proposte	D	7	Progetto di massima distinto	0,9	0,9	0,9	0,9	6,30	Progetto di massima distinto	0,9	0,9	0,9	0,9	6,30	Progetto di massima buono	0,8	0,8	0,8	0,8	5,60
		b) Soluzioni per il coordinamento dell'installazione rispetto al cronoprogramma del cantiere principale	D	3	Buone soluzioni per il coordinamento dell'installazione e la gestione delle tempistiche	0,8	0,8	0,8	0,8	2,40	Buone soluzioni per il coordinamento dell'installazione e la gestione delle tempistiche	0,8	0,8	0,8	0,8	2,40	Buone soluzioni per il coordinamento dell'installazione e la gestione delle tempistiche	0,8	0,8	0,8	0,8	2,40
		c) Lavorazioni e finiture ulteriori e migliorative dal punto di vista estetico e funzionale (p.es. controsoffitto, rivestimenti pareti, illuminazione ambientale)	D	10	Rifacimento controsoffitto con controsoffitto a pannelli modulari a tenuta. Installazione lampade ambientali a led. Rivestimento di tutte le pareti con pannelli HPL. Buono	0,8	0,8	0,8	0,8	8,00	Ripristino controsoffitto in cartongesso. Installazione lampade ambientali a led. Rifacimento pavimento con rivestimento in pvc. Rifacimento di tutte le pareti con rivestimento in pvc. Buono	0,8	0,8	0,8	0,8	8,00	Rifacimento del controsoffitto per le porzioni necessarie all'esecuzione dell'attività con controsoffitto a pannelli modulari a tenuta. Installazione lampade ambientali a led. Rifacimento rivestimento in pvc su tutte le pareti. Sufficiente	0,6	0,6	0,6	0,6	6,00
TOTALE CRITERIO 4				20	16,70						16,70						14,00					
Tot. punti	70	TOTALE		70	48,69						50,23						49,29					
		TOTALE RIPARAMETRATO		70	56,34						58,12						57,04					

  