

Prot. N. 13306 del 18/09/2026



Azienda Ospedaliero-Universitaria  
San Luigi Gonzaga  
di Orbassano

**VERBALE VALUTAZIONE OFFERTE – 3° seduta – esclusione Polimed**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL FORNITURA IN SERVICE DI  
SISTEMI SCALDAFLUIDI PER IRRIGAZIONE E RELATIVO MATERIALE DI  
CONSUMO OCCORRENTI ALL’AOU SAN LUIGI GONZAGA - DURATA DELLA  
PROCEDURA: IN COERENZA CON LA SCADENZA DELLA PROCEDURA IN SERVICE  
DI SISTEMI DI NORMOTERMIA OVVERO 31/08/2029 + 24 MESI DI EVENTUALE  
RINNOVO.**

Il giorno 27 luglio 2026 alle ore 08:30 presso la Sala Riunioni delle Sale Operatorie si è riunita in terza seduta la Commissione Giudicatrice per la valutazione tecnica delle offerte della procedura in oggetto, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 306 del 29/05/2026, così composta:

| Nome                         | Qualifica                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Dott.ssa Carlotta LERDA      | Dirigente Farmacista – Presidente della Commissione       |
| Dott.ssa Stefania BURGANELLA | Infermiere professionale presso il Centro Operatorio      |
| Ing. Giuliana CRABUZZA       | Collaboratore Tecnico Professionale SS Ingegneria Clinica |

La Commissione riprende i lavori di valutazione delle offerte tecniche discutendo circa l’andamento delle presentazioni e delle prove pratiche effettuate presso la Sala Operatoria e analizzando la documentazione tecnica presentata.

La Commissione rileva in primis che il Disciplinare tecnico fa riferimento, sebbene non in maniera esplicita ma desumibile dalle specifiche tecniche di cui all’art. 2 e dai criteri di valutazione di cui all’art. 5, ad un dispositivo ad alti flussi per irrigazione con funzionamento per gravità.

La Commissione Giudicatrice a seguito della disamina della documentazione tecnica, nonché degli esiti della presentazione effettuata dagli specialist in data 09/07/2026 e dalle prove in sala, rileva che l’apparecchiatura offerta dalla Polimed S.r.l. è un dispositivo ad alto flusso che permette il riscaldamento di grandi volumi di fluidi per irrigazione principalmente mediante utilizzo di una pompa peristaltica. Tale soluzione, pur raggiungendo il medesimo risultato complessivo, non presenta alcune delle caratteristiche tecniche richieste e valutate dalla lex specialis determinando l’impossibilità di confrontarla con le altre offerte presentate in gara garantendo il rispetto delle regole paritarie della procedura.

Infatti, la soluzione proposta da Polimed S.r.l. non risponde ad alcune delle specifiche tecniche richieste all’art. 2. *Specifiche tecniche del Disciplinare tecnico*, in particolare:

- “Dotazione di display per impostazione della temperatura di esercizio e visualizzazione flusso istantaneo e volume infuso”- l’apparecchiatura offerta da Polimed S.r.l. non permette la visualizzazione e l’impostazione della temperatura di esercizio e non visualizza il flusso istantaneo ma si può regolare unicamente la pressione di funzionamento mentre la temperatura viene regolata automaticamente dal sistema.



- 
- *"Dotato di asta porta sacche infusive di volume fino a 5 litri ad elevazione assistita"*-  
l'asta porta sacche di cui è dotato il carrello è solo telescopica e non è ad elevazione assistita.

L'offerta non è pertanto ammissibile, con conseguente esclusione della ditta Polimed S.r.l. dal prosieguo della gara.

La Commissione dispone pertanto l'esclusione della società Polimed S.r.l. dalla procedura di gara e trasmette il presente verbale alla S.C. Provveditorato ed Economato per il perfezionamento degli adempimenti di competenza.

Il presente verbale è costituito da n. 2 pagine.

Orbassano, 27/07/2026

Fatto, letto e sottoscritto.

Dott.ssa Carlotta LERDA  
Dirigente Farmacista SC Farmacia

Dott.ssa Stefania BURGANELLA  
Infermiere S.S.D. Sale Operatorie

Ing. Giuliana CRABUZZA  
Collaboratore Tecnico Professionale SS Ingegneria  
Clinica