

Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Luigi Gonzaga
di Orbassano

Regione Gonzole, 10 – 10043, Orbassano (TO)
c.f. 95501020010, p. iva 02698540016

"PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER FORNITURA CHIAVI IN MANO DI N. 1 ISOLATORE PER PREPARAZIONI RADIOFARMACEUTICHE E ALTRE APPARECCHIATURE COMPLEMENTARI OCCORRENTI ALLA MEDICINA NUCLEARE DELL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA - CUP: E89J19000060002 - CIG: A001883B1B"

GARA N. 208/2023

SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

Premesso che

- Con Deliberazione del Commissario n. 176 del 17/08/2023 si è stabilito, tra l'altro:
- di autorizzare a contrarre - per le motivazioni nella premessa del provvedimento esplicitate, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 36/2023 – la FORNITURA CHIAVI IN MANO DI N. 1 ISOLATORE PER PREPARAZIONI RADIOFARMACEUTICHE E ALTRE APPARECCHIATURE COMPLEMENTARI OCCORRENTI ALLA MEDICINA NUCLEARE DELL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA - CUP: E89J19000060002, CIG: A001883B1B, per un importo a base di gara di euro 191.900,00 oltre IVA, di cui euro 1.900,00 per oneri della sicurezza non ribassabili, mediante procedura negoziata senza bando:
 - da espletare in modalità telematica sul Me.PA., tramite Richiesta di Offerta (RDO) aperta ai fornitori abilitati al Bando Beni - Categoria merceologica Apparecchiature elettromedicali, in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti nella documentazione di cui al successivo punto 2.7 *alla documentazione di gara*
 - da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo 70 punti all'elemento qualità e 30 punti all'elemento economico, sulla base dei criteri di valutazione specificati nella documentazione di gara;
- di approvare la documentazione di gara predisposta dalla strutture deputate, allegata al provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, e segnatamente: Capitolato speciale di appalto - Disciplinare di gara e modulistica - PreDUVRI;
- di precisare che per la procedura in oggetto non è prevista alcuna spesa di pubblicità legale;
- In data 18/08/2023 è stata pubblicata sul Me.PA. la RDO aperta n. 3691671, con termine di presentazione offerte alle ore 12 del giorno 18/09/2023 ed, a fronte dei quesiti pervenuti, sono stati pubblicati n. 2 chiarimenti;
- Entro il termine di scadenza suddetto sono pervenute le seguenti offerte:
 1. TEMA SINERGIE S.p.A., 15/09/2023 11:02:20,
 2. ELSE SOLUTIONS, 18/09/2023 10:00:54;
- La seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa è stata convocata per il giorno 19/09/2023 ore 10 tramite la piattaforma Me.PA.;

Tutto ciò premesso

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **diciannove** del mese di **settembre**, alle ore **10:40**, il RUP, dott. Claudio Amprino, Direttore S.C. Provveditorato – Economato - assistito da 2 testimoni, dott.ssa Federica Fresco e dott.ssa Stefania Bertello, entrambe Collaboratore amm.vo prof.le della S.C. Provveditorato – Economato - presso una stanza della S.C. Provveditorato - Economato dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga, in Regione Gonzole, 10, Orbassano (TO), accede alla RDO n. 3691671 sulla piattaforma Me.PA., attiva la funzione seduta pubblica e procede alla verifica della documentazione amministrativa dei n. 2 operatori economici concorrenti.

Considerato quanto previsto dal Disciplinare di gara in merito alla documentazione amministrativa, in particolare i paragrafi da 10 a 15.4, il RUP scarica dalla piattaforma Me.PA. la documentazione amministrativa dei n. 2 operatori economici concorrenti secondo l'ordine di presentazione proposto dalla piattaforma e procede alla verifica, con le seguenti risultanze:

1. TEMA SINERGIE S.p.A.: Costata la regolarità: **AMMESSO**.

2. ELSE SOLUTIONS: Costata la regolarità: **AMMESSO**.


Demanda le successive fasi alla nominanda Commissione Giudicatrice.

La seduta pubblica viene chiusa alle ore 11.


Il presente verbale si compone di due pagine.

Letto, confermato e sottoscritto:

dott. Claudio Amprino




dott.ssa Federica Fresco



dott.ssa Stefania Bertello





*Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Luigi Gonzaga
di Orbassano*

Regione Gonzole, 10 – 10043, Orbassano (TO)
c.f. 95501020010, p. iva 02698540016

"PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER FORNITURA CHIAVI IN MANO DI N. 1 ISOLATORE PER PREPARAZIONI RADIOFARMACEUTICHE E ALTRE APPARECCHIATURE COMPLEMENTARI OCCORRENTI ALLA MEDICINA NUCLEARE DELL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA - CUP: E89J19000060002 - CIG: A001883B1B"

GARA N. 208/2023

SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA.

Premesso che

- Con Deliberazione del Commissario n. 176 del 17/08/2023 si è stabilito, tra l'altro:
- di autorizzare a contrarre - per le motivazioni nella premessa del provvedimento esplicitate, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 36/2023 – la FORNITURA CHIAVI IN MANO DI N. 1 ISOLATORE PER PREPARAZIONI RADIOFARMACEUTICHE E ALTRE APPARECCHIATURE COMPLEMENTARI OCCORRENTI ALLA MEDICINA NUCLEARE DELL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA - CUP: E89J19000060002, CIG: A001883B1B, per un importo a base di gara di euro 191.900,00 oltre IVA, di cui euro 1.900,00 per oneri della sicurezza non ribassabili, mediante procedura negoziata senza bando:
 - da espletare in modalità telematica sul Me.PA., tramite Richiesta di Offerta (RDO) aperta ai fornitori abilitati al Bando Beni - Categoria merceologica Apparecchiature elettromedicali, in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti nella documentazione di gara;
 - da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo 70 punti all'elemento qualità e 30 punti all'elemento economico, sulla base dei criteri di valutazione specificati nella documentazione di gara;
- di approvare la documentazione di gara predisposta dalla strutture deputate, allegata al provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, e segnatamente: Capitolato speciale di appalto - Disciplinare di gara e modulistica - PreDUVRI;
- di precisare che per la procedura in oggetto non è prevista alcuna spesa di pubblicità legale;
- In data 18/08/2023 è stata pubblicata sul Me.PA. la RDO aperta n. 3691671, con termine di presentazione offerte alle ore 12 del giorno 18/09/2023 ed, a fronte dei quesiti pervenuti, sono stati pubblicati n. 2 chiarimenti;
- Entro il termine di scadenza suddetto sono pervenute le seguenti offerte:
 1. TEMA SINERGIE S.p.A., 15/09/2023 11:02:20,
 2. ELSE SOLUTIONS, 18/09/2023 10:00:54;

- Nel corso della seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa, tenutasi il giorno 19/09/2023, il RUP ha ammesso al prosieguo della gara gli operatori suddetti;

- Con Deliberazione del Commissario n. 226 del 20/09/2023 è stata nominata la Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico della procedura in oggetto, come segue:

- Dott.ssa Tiziana Angusti, Dirigente Medico Responsabile Funzione Medicina Nucleare, Presidente;
- Dott.ssa Marisa Di Franco, Dirigente Farmacista S.C. Farmacia Ospedaliera, Componente;
- Dott. Edoardo Trevisiol, Dirigente Fisico Funzione Fisica Sanitaria, Componente;
- Ing. Giuliana Crabuzza, Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere S.S. Ingegneria Clinica, Componente;
- Ing. Gaetano Cusmano, Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere S.C. Tecnico e Tecnologie, Componente;

- La seduta pubblica della Commissione giudicatrice per l'apertura e lo scarico dalla piattaforma della documentazione tecnica è stata convocata per il giorno 27/09/2023 alle ore 10;

Tutto ciò premesso

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventisette** del mese di **settembre**, alle ore **10:15**, si è riunita la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Commissario n. 226/2023, nelle persone di:

- Dott.ssa Tiziana Angusti, Dirigente Medico Responsabile Funzione Medicina Nucleare, Presidente;
 - Dott.ssa Marisa Di Franco, Dirigente Farmacista S.C. Farmacia Ospedaliera, Componente;
 - Dott. Edoardo Trevisiol, Dirigente Fisico Funzione Fisica Sanitaria, Componente;
 - Ing. Giuliana Crabuzza, Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere S.S. Ingegneria Clinica, Componente;
 - Ing. Gaetano Cusmano, Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere S.C. Tecnico e Tecnologie, Componente,
- assistita per le operazioni sulla piattaforma Me.PA. dalla dott.ssa Federica Fresco, Collaboratore Amministrativo Professionale S.C. Provveditorato – Economato, presso una stanza della S.C. Provveditorato - Economato dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga, in Regione Gonzole, 10, Orbassano (TO), per aprire le buste virtuali dell'offerta tecnica dei n. 2 operatori economici e scaricare la documentazione.

Si richiama quanto previsto dal Disciplinare di gara al par. 16 in merito alla documentazione tecnica, in particolare:

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. *QUESTIONARIO TECNICO PER CIASCUNA APPARECCHIATURA dove si descriva la corrispondenza dell'apparecchiatura offerta alle caratteristiche e prestazioni richieste e si dichiarino i parametri tecnici così come riportato all'art. 2 del Capitolato, punto per punto e nello stesso ordine, con puntuale e sintetica argomentazione delle caratteristiche del modello offerto rispetto a ciascun punto (non dunque una dichiarazione generica);*
2. *RELAZIONE TECNICA QUALITATIVA nella quale si descrivano e dichiarino le scelte tecniche, le prestazioni, le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento che si ritengano più rilevanti ai fini del confronto e della valutazione, secondo i criteri indicati al par. 18 del presente documento, punto per punto e nello stesso ordine;*
3. *LAYOUT INSTALLATIVO DELL'ISOLATORE comprensivo di tutte le indicazioni relative alle alimentazioni, agli assorbimenti e agli allacciamenti impiantistici;*
4. *RELAZIONE SUI LAVORI DI INSTALLAZIONE E CRONOPROGRAMMA;*
5. *RELAZIONE SUL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA erogato durante in periodo di vigenza del contratto (descrivere sede assistenza tecnica, tempi di intervento, modalità e organizzazione assistenza tecnica, disponibilità apparecchiature sostitutive etc);*
6. *RELAZIONE SUL PIANO DI FORMAZIONE PREVISTO;*
7. *RELAZIONE SULLA VALIDAZIONE IQ-OQ-PQ e protocolli di qualifica delle attrezzature (IOPQ), che saranno effettuati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto;*



8. OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZI, ossia una copia dell'offerta economica di cui al file excel messo a disposizione (allegato 5), priva di qualsiasi indicazione dei prezzi ma identica e perfettamente corrispondente ad essa, ove ogni prezzo deve essere mascherato con la notazione XXXX o equivalente, che rispecchi l'esatta configurazione delle apparecchiature offerte;
9. MATERIALE ILLUSTRATIVO/FOTOGRAFICO, relativo dei modelli proposti e dei relativi componenti accessori; tale materiale non sostituisce la documentazione comprovante le caratteristiche tecniche sopra richiesta;
10. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' alle norme di sicurezza per ogni apparecchiatura offerta, mediante compilazione del modulo allegato 4, debitamente sottoscritto e compilato; deve, inoltre, essere allegata la dichiarazione di conformità alle normative concernenti la Compatibilità Elettromagnetica e di possesso del marchio CE (specificare se per la sola Compatibilità Elettromagnetica o per la conformità I.V.D., M.D.D. - DL 476/92, Direttive 93/42/EEC e 89/336/EEC e s.m.i, con l'indicazione della classe) e alle norme tecniche di riferimento generali e particolari applicabili (CEI EN 60601-1, CEI EN 61010-1, CEI EN 62353);
11. dichiarazione contenente l'ELENCO DELLE PRINCIPALI INSTALLAZIONI di riferimento nella Regione Piemonte ed aree limitrofe e la DATA DI IMMISSIONE IN COMMERCIO del modello offerto;
12. in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento.

Si procede allo scarico dalla piattaforma Me.PA. della documentazione tecnica dei n. 2 operatori economici concorrenti, come segue:

ELSE SOLUTIONS:

Offerta Tecnica

Nome documento	Descrizione	Tipologia documento
6_ PIANO DI FORMAZIONE.pdf.p7m	PIANO DI FORMAZIONE	RELAZIONE SUL PIANO DI FORMAZIONE PREVISTO
5_ MODALITA' ASSISTENZA TECNICA.pdf.p7m	MODALITA' ASSISTENZA TECNICA	RELAZIONE SUL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA
QUESTIONARI.zip.p7m	QUESTIONARI TECNICI	QUESTIONARIO TECNICO PER CIASCUNA APPARECCHIATURA
7_ VALIDAZIONE IQ OQ PQ.pdf.p7m	RELAZIONE SULLA VALIDAZIONE IQ-OQ-PQ	RELAZIONE SULLA VALIDAZIONE IQ-OQ-PQ
MATERIALE ILLUSTRATIVO.zip.p7m	MATERIALE ILLUSTRATIVO	MATERIALE ILLUSTRATIVO/FOTOGRAFICO
11_ DICHIARAZIONE PRINCIPALI INSTALLAZIONI.pdf.p7m	ELENCO PRINCIPALI INSTALLAZIONI	dichiarazione contenente l'ELENCO DELLE PRINCIPALI INSTALLAZIONI di riferimento nella Regione Piemonte ed aree limitrofe e la DATA DI IMMISSIONE IN COMMERCIO del modello offerto
10_ Allegato_allegato 4 Dichiarazione conformita.pdf.p7m	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
2_ RELAZIONE TECNICA QUALITATIVA.pdf.p7m	RELAZIONE TECNICA QUALITATIVA	RELAZIONE TECNICA QUALITATIVA
4_ RELAZIONE INSTALLAZIONE E CRONOPROGRAMMA.pdf.p7m	RELAZIONE INSTALAZIONE E CRONOPROGRAMMA	RELAZIONE SUI LAVORI DI INSTALLAZIONE E CRONOPROGRAMMA
3_ LAYOUT DI INSTALLAZIONE ISOLATORE.pdf.p7m	LAYOUT INSTALLATIVO DELL'ISOLATORE	LAYOUT INSTALLATIVO DELL'ISOLATORE
8_ OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZI.pdf.p7m	OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZI	OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZI
DICHIARAZIONI DI CONFORMITA'.zip.p7m	DICHIARAZIONI CONFORMITA'	Dichiarazione di conformità alle normative concernenti la Compatibilità Elettromagnetica e di possesso del marchio CE e alle norme tecniche di riferimento generali e particolari applicabili (CEI EN 60601-1, CEI EN 61010-1, CEI EN 62353)
OT_NG3691671_L1_NP850899.pdf.p7m	OT_NG3691671_L1_NP850899.pdf.p7m	Offerta tecnica di Sistema

Offerta Tecnica

Nome documento	Descrizione	Tipologia documento
9. TS AGITATORE.pdf	MATERIALE AGITATORE	MATERIALE ILLUSTRATIVO/FOTOGRAFICO
7. RELAZIONE SULLA VALIDAZIONE IQOQPQ.pdf.p7m	RELAZIONE SULLE VALIDAZIONI	RELAZIONE SULLA VALIDAZIONE IQOQ-PQ
10. allegato 4 Dichiarazione conformita ISOLATORE.pdf.p7m	DICHIARAZIONE ISOLATORE	Dichiarazione di conformita' alle normative concernenti la Compatibilita' Elettromagnetica e di possesso del marchio CE e alle norme tecniche di riferimento generali e particolari applicabili (CEI EN 60601-1, CEI EN 61010-1, CEI EN 62353)
10. allegato 4 Dichiarazione conformita ISOLATORE.pdf.p7m	DICHIARAZIONE CONFORMITA' ISOLATORE	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
3. LAYOUT SL1629D000000.pdf	LAYOUT	LAYOUT INSTALLATIVO DELL' ISOLATORE
10. allegato 4 Dichiarazione conformita AGITATORE.pdf.p7m	DICHIARAZIONE AGITATORE	Dichiarazione di conformita' alle normative concernenti la Compatibilita' Elettromagnetica e di possesso del marchio CE e alle norme tecniche di riferimento generali e particolari applicabili (CEI EN 60601-1, CEI EN 61010-1, CEI EN 62353)
4. RELAZIONE INSTALLAZIONE CELLA PRI.pdf.p7m	RELAZIONE INSTALLAZIONE	RELAZIONE SUI LAVORI DI INSTALLAZIONE E CRONOPROGRAMMA
10. allegato 4 Dichiarazione conformita CALIBRATORE DI DOSE.pdf.p7m	DICHIARAZIONE CALIBRATORE	Dichiarazione di conformita' alle normative concernenti la Compatibilita' Elettromagnetica e di possesso del marchio CE e alle norme tecniche di riferimento generali e particolari applicabili (CEI EN 60601-1, CEI EN 61010-1, CEI EN 62353)
1. QUESTIONARIO TECNICO AGITATORE.pdf.p7m	QUESTIONARIO AGITATORE	QUESTIONARIO TECNICO PER CIASCUNA APPARECCHIATURA
1. QUESTIONARIO TECNICO RISCALDATORE.pdf.p7m	QUESTIONARIO RISCALDATORE	QUESTIONARIO TECNICO PER CIASCUNA APPARECCHIATURA

9. NMC PRI_TS_IT_Rev_20.pdf	MATERIALE ISOLATORE	MATERIALE ILLUSTRATIVO/FOTOGRAFICO
6. RELAZIONE SULLA FORMAZIONE.pdf.p7m	RELAZIONE SULLA FORMAZIONE	RELAZIONE SUL PIANO DI FORMAZIONE PREVISTO
9. CRC 55TR_TS_IT.pdf	MATERIALE CALBRATORE	MATERIALE ILLUSTRATIVO/FOTOGRAFICO
9. Calibrator Viewer_TS_IT_Rev_00. pdf	MATERIALE CALBRATOR VIEWER	MATERIALE ILLUSTRATIVO/FOTOGRAFICO
8. allegato 5 Schema offertaOE SENZA PREZZI. pdf.p7m	OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZI	OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZI
11. ELENCO PRINCIPALI INSTALLAZIONI.pdf.p7m	ELENCO PRINCIPALI INSTALLAZIONI	dichiarazione contenente l'ELENCO DELLE PRINCIPALI INSTALLAZIONI di riferimento nella Regione Piemonte ed aree limitrofe e la DATA DI IMMISSIONE IN COMMERCIO del modello offerto
9. TS RISCALDATORE.pdf	MATERIALE RISCALDATORE	MATERIALE ILLUSTRATIVO/FOTOGRAFICO
10. allegato 4 Dichiarazione conformita' CALBRATORE DI DOSE. pdf.p7m	DICHIARAZIONE CONFORMITA' CALBRATORE	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
1. QUESTIONARIO TECNICO CALBRATORI. pdf.p7m	QUESTIONARIO CALBRATORE	QUESTIONARIO TECNICO PER CIASCUNA APPARECCHIATURA
10. allegato 4 Dichiarazione conformita' RISCALDATORE.pdf.p7m	DICHIARAZIONE RISCALDATORE	Dichiarazione di conformita' alle normative concernenti la Compatibilita' Elettromagnetica e di possessione del marchio CE e alle norme tecniche di riferimento generali e particolari applicabili (CEI EN 60601-1, CEI EN 61010-1, CEI EN 62353)
4. CRONOPROGRAMMA. pdf.p7m	CRONOPROGRAMMA	RELAZIONE SUI LAVORI DI INSTALLAZIONE E CRONOPROGRAMMA
10. allegato 4 Dichiarazione conformita' RISCALDATORE.pdf.p7m	DICHIARAZIONE CONFORMITA' RISCALDATORE	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
1. QUESTIONARIO TECNICO ISOLATORE.pdf. p7m	QUESTIONARIO ISOLATORE	QUESTIONARIO TECNICO PER CIASCUNA APPARECCHIATURA


Si demanda la valutazione a successiva seduta riservata.

La seduta pubblica viene chiusa alle ore 10:45.

Il presente verbale si compone di sei pagine.

Letto, confermato e sottoscritto:


Dott.ssa Tiziana Angusti




Dott.ssa Marisa Di Franco




Dott. Edoardo Trevisiol



Ing. Giuliana Crabuzza



Ing. Gaetano Cusmano



dott.ssa Federica Fresco





Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Luigi Gonzaga
di Orbassano

Regione Gonzole 10 – 10043 Orbassano TORINO
Centralino tel.+39 011.90261 – fax +39 011.9026602
e-mail: urp@sanluigi.piemonte.it
Cod. Fisc 95501020010 – P.I. 02698540

VERBALE RIEPILOGATIVO DELLE SEDUTE RISERVATE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

**FORNITURA CHIAVI IN MANO DI N. 1 ISOLATORE PER PREPARAZIONI
RADIOFARMACEUTICHE E ALTRE APPARECCHIATURE
OCCORRENTI ALLA MEDICINA NUCLEARE DELL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA
GARA N. 208/2023
CUP: E89J19000060002 - CIG: A001883B1B
RDO N. 3691671**

Il giorno 18/10/2023 alle ore 09:00 presso i locali della S.C. Provveditorato si è riunita la Commissione Giudicatrice per concludere la valutazione degli elementi tecnico/qualitativi delle offerte tecniche della procedura in oggetto.

La Commissione è così composta:

Nome	Qualifica	Ruolo
Dott.ssa Tiziana ANGUSTI	Dirigente Medico Responsabile Funzione Medicina Nucleare	Presidente
Dott.ssa Marisa DIFRANCO	Dirigente Farmacista S.C. Farmacia Ospedaliera	Componente
Dott. Edoardo TREVISIOL	Dirigente Fisico Funzione Fisica Sanitaria	Componente
Ing. Giuliana CRABUZZA	Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere S.S. Ingegneria Clinica	Componente
Ing. Gaetano CUSMANO	Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere S.C. Tecnico e Tecnologie	Componente

Si è dato atto che successivamente alla seduta pubblica del 27/09/2023 ore 10:00, nel corso della quale si è provveduto all'apertura dei plichi telematici contenenti le offerte tecniche, la Commissione si è riunita in seduta riservata per la valutazione della documentazione tecnica, presso gli Uffici della Struttura Complessa Provveditorato, nelle date sotto indicate:

- 04/10/2023 dalle 10:00 alle 12:00
- 17/10/2023 dalle 14:00 alle 16:00

In particolare si evidenzia che in corso di valutazione si è reso necessario richiedere ed acquisire, ai sensi dell'art. 101 comma 3 del Dlgs 36/2023, i seguenti chiarimenti :

- a) Per la ditta Tema sinergie: chiarimento circa i tempi di consegna (richiesta tramite Me.-PA. del 04/10/2023 e risposta del 09/10/2023);
- b) Per entrambe le ditte: chiarimento sui mm di Pb delle schermature e sul compressore (richiesta tramite Me.PA. del 06/10/2023 e risposte del 10/11/2023 e 11/10/2023).



La Commissione procede alla valutazione del criterio 1.e – Spessore schermature parte inferiore – per il quale sarà assegnato il punteggio massimo all'offerta con 20 mm di Pb aggiuntivi rispetto ai 30 mm di Pb richiesti da capitolato e punteggio proporzionalmente inferiore alle altre offerte fino ad arrivare a 0 punti per chi offre il minimo previsto dal capitolato. La Commissione ha preso in considerazione lo spessore delle schermature della parete anteriore delle varie aree componenti la parte inferiore della cella (precamera generatori, precamera rifiuti, precamera ingresso/uscita, calibratore) e successivamente ha calcolato lo spessore medio rilevando quanto segue:

Area	Tema Sinergie Spa mm di Pb aggiuntivi rispetto ai 30 mm richiesti da capitolato della parete anteriore dell'area in esame	Else Solution Srl mm di Pb aggiuntivi rispetto ai 30 mm richiesti da capitolato della pa- rete anteriore dell'area in esame
Precamera ge- neratori	20 mm	10 mm
Precamera ri- fiuti	20 mm	/
Precamera en- trata/uscita materiali	20 mm	/
Calibratore	/	10 mm
Media	15 mm	5 mm

La Commissione applica la formula lineare ottenendo i seguenti punteggi:


Tema Sinergie: 3 PUNTI

Else Solutions: 1 PUNTO

Relativamente agli altri criteri attribuiti con formula lineare (criteri 2.a, 2.b, 3.a e 3.b) poiché i calibratori offerti da entrambe le ditte sono i medesimi, ad entrambe le ditte viene assegnato il massimo del punteggio.

Per il punto 4., per quanto riguarda la ditta Tema la Commissione prende atto del Software aggiuntivo offerto ma non ritiene che sia particolarmente vantaggioso per il servizio, mentre ha valutato molto positivamente lo spessore della schermatura del piano dell'area di lavoro di 50 mm Pb offerto da Else.

2



Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Luigi Gonzaga
di Orbassano

Regione Gonzole 10 – 10043 Orbassano TORINO
Centralino tel. +39 011.90261 – fax +39 011.9026602
e-mail: urp@sanluigi.piemonte.it
Cod. Fisc 95501020010 – P.I. 02698540

La valutazione qualitativa degli ulteriori criteri di natura discrezionale è dettagliata nell'allegata tabella riepilogativa riportante i coefficienti e i relativi punteggi assegnati.

La Commissione Giudicatrice conclude la seduta alle ore 12:40 e trasmette il presente verbale alla S.C. Provveditorato per il seguito di competenza.

Il presente verbale è costituito da n. 3 pagine e dalla Tabella Punteggi allegata quale parte integrante e sostanziale.

Orbassano, 18/10/2023

Fatto, letto e sottoscritto.

Dott.ssa Tiziana ANGUSTI

*Dirigente Medico Responsabile Funzione Medicina
Nucleare*

Dott.ssa Marisa DIFRANCO

Dirigente Farmacista S.C. Farmacia Ospedaliera

Dott. Edoardo TREVISIOL

Dirigente Fisico Funzione Fisica Sanitaria

Ing. Giuliana CRABUZZA


*Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere
S.S. Ingegneria Clinica*

Ing. Gaetano CUSMANO

*Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere
S.C. Tecnico e Tecnologie*

CRITERIO DI VALUTAZIONE	Sub criterio	PUNTI MAX	TEMA SINERGIE S.p.A.										ELSE SOLUTIONS															
			COMM 1	COMM 2	COMM 3	COMM 4	COMM 5	MEDIA	PUNTI	COMM 1	COMM 2	COMM 3	COMM 4	COMM 5	MEDIA	PUNTI												
1	Caratteristiche tecniche isolatore		15	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	9,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00					
			10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	8,00					
			5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00					
			5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	3,00					
			Sarà assegnato il punteggio massimo all'offerta con 20 mm di Pb aggiuntivi rispetto ai 30 mm di Pb richiesti da capitolato e punteggio proporzionalmente inferiore alle altre offerte fino ad arrivare a 0 punti per chi offre il minimo previsto dal capitolato																									
2	Caratteristiche tecniche del calibratore di dose incluso nell'isolatore		4																	3,00	1,00					32,00		
			39																	32,00								
			3																	3,00						3,00		
			3																	3,00						3,00		
			2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00					
3	Caratteristiche tecniche del calibratore di dose da banco		10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00						
			3																	3,00						3,00		
			3																	3,00						3,00		
4	Opzioni e migliorie		3	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00						
			3																	0,90						3,00		
			2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00					
			10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00					
			10																	10,00						10,00		
5	Assistenza tecnica e formazione		3	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00						
			3																	0,90						3,00		
			2	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	1,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00					
			3	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	1,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00					
			3	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	1,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00					
			Piano di formazione del personale (sarà valutata tipologia, durata e programma del corso di formazione base oltre a migliorie formative aggiuntive)																									
			3	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	1,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00						
			8																	4,80	8,00					63,00		
			70																	57,70					70			
			RIPARAMETRIZZAZIONE																				64,11					70
			TOTALE																				57,70					63,00

g.lobatone
Giovanni
E.lobatone



Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Luigi Gonzaga
di Orbassano

Regione Gonzole, 10 – 10043, Orbassano (TO)
c.f. 95501020010, p. iva 02698540016

"PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER FORNITURA CHIAVI IN MANO DI N. 1 ISOLATORE PER PREPARAZIONI RADIOFARMACEUTICHE E ALTRE APPARECCHIATURE COMPLEMENTARI OCCORRENTI ALLA MEDICINA NUCLEARE DELL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA - CUP: E89J19000060002 - CIG: A001883B1B"

GARA N. 208/2023

SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE.

Premesso che:

- Con Deliberazione del Commissario n. 176 del 17/08/2023 si è stabilito, tra l'altro:
- di autorizzare a contrarre - per le motivazioni nella premessa del provvedimento esplicitate, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 36/2023 – la FORNITURA CHIAVI IN MANO DI N. 1 ISOLATORE PER PREPARAZIONI RADIOFARMACEUTICHE E ALTRE APPARECCHIATURE COMPLEMENTARI OCCORRENTI ALLA MEDICINA NUCLEARE DELL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA - CUP: E89J19000060002, CIG: A001883B1B, per un importo a base di gara di euro 191.900,00 oltre IVA, di cui euro 1.900,00 per oneri della sicurezza non ribassabili, mediante procedura negoziata senza bando:
 - da espletare in modalità telematica sul Me.PA., tramite Richiesta di Offerta (RDO) aperta ai fornitori abilitati al Bando Beni - Categoria merceologica Apparecchiature elettromedicali, in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti nella documentazione di gara;
 - da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo 70 punti all'elemento qualità e 30 punti all'elemento economico, sulla base dei criteri di valutazione specificati nella documentazione di gara;
- di approvare la documentazione di gara predisposta dalla strutture deputate, allegata al provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, e segnatamente: Capitolato speciale di appalto - Disciplinare di gara e modulistica - PreDUVRI;
- di precisare che per la procedura in oggetto non è prevista alcuna spesa di pubblicità legale;
- In data 18/08/2023 è stata pubblicata sul Me.PA. la RDO aperta n. 3691671, con termine di presentazione offerte alle ore 12 del giorno 18/09/2023 ed, a fronte dei quesiti pervenuti, sono stati pubblicati n. 2 chiarimenti;
- Entro il termine di scadenza suddetto sono pervenute le seguenti offerte:
 1. TEMA SINERGIE S.p.A., 15/09/2023 11:02:20,
 2. ELSE SOLUTIONS S.r.l. , 18/09/2023 10:00:54;
- Nel corso della seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa, tenutasi il giorno 19/09/2023, il RUP ha ammesso al prosieguo della gara gli operatori suddetti;

[Handwritten signatures and initials]

- Con Deliberazione del Commissario n. 226 del 20/09/2023 è stata nominata la Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico della procedura in oggetto, come segue:
 - Dott.ssa Tiziana Angusti, Dirigente Medico Responsabile Funzione Medicina Nucleare, Presidente;
 - Dott.ssa Marisa Di Franco, Dirigente Farmacista S.C. Farmacia Ospedaliera, Componente;
 - Dott. Edoardo Trevisiol, Dirigente Fisico Funzione Fisica Sanitaria, Componente;
 - Ing. Giuliana Crabuzza, Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere S.S. Ingegneria Clinica, Componente;
 - Ing. Gaetano Cusmano, Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere S.C. Tecnico e Tecnologie, Componente;
- Nel corso della seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa, tenutasi il giorno 27/09/2023, la Commissione giudicatrice ha proceduto all'apertura ed allo scarico dalla piattaforma della documentazione tecnica;
- In data 04/10/2023, 17/10/2023 e 18/10/2023 la Commissione giudicatrice, in seduta riservata, ha valutato le offerte dei concorrenti con le seguenti risultanze finali:
TEMA SINERGIE S.p.A. 57,70/70 riparametrati: 64,11/70
ELSE SOLUTIONS S.r.l. 63,00/70 riparametrati: 70/70
il tutto come da tabella allegata al verbale delle sedute;
- In data 17/11/2023 è stata comunicata tramite Me.PA. la convocazione della seduta pubblica di aperture delle offerte economiche per il giorno 21/11/2023 ore 14:30;

Richiamati:

i par. 17., 18., 18.2 e 22. del Disciplinare di gara:

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente par. 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

1. OFFERTA ECONOMICA redatta secondo lo schema di offerta predisposto (allegato 5 Schema offerta OE.xls) e sottoscritto con firma digitale da un legale rappresentante o da persona munita dei necessari poteri; la stessa dovrà indicare la ragione / denominazione sociale del soggetto offerente, domicilio legale e fiscale, partita IVA e codice fiscale e dovrà contenere tutte le quotazioni economiche richieste (compresi stima costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro e stima dei costi della manodopera).

2. SCHEDA OFFERTA GENERATA DAL SISTEMA: si precisa che nella scheda offerta generata dal sistema dovrà essere indicato quale "Valore dell'offerta" il TOTALE COMPLESSIVO DELLA FORNITURA. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

In caso di discrepanza tra l'importo inserito nella "Scheda di offerta generata dal sistema" e quello inserito nell'allegato "Schema offerta OE.xls" verrà tenuto conto l'importo della scheda offerta OE.xls ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

- qualità 70/100
- prezzo 30/100


Il punteggio totale dell'offerta sarà costituito dalla somma del punteggio tecnico e di quello economico ottenuto:

$P_{offerta} = P_{valutazione\ tecnica} + P_{valutazione\ economica}$

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

I 30 punti disponibili per la componente prezzo saranno assegnati, all'offerta avente minor prezzo di confronto, assegnando punteggi inversamente proporzionali alle restanti offerte.

L'offerta migliore avrà il massimo del punteggio economico previsto ed a tutte le altre verrà attribuito un punteggio inferiore proporzionalmente a quanto è peggiore l'offerta fatta.



Il prezzo di confronto sarà calcolato sommando le quotazioni complessive a configurazione equivalente.

L'Azienda Ospedaliero Universitaria si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione del lotto anche in presenza di una sola offerta valida.

I punteggi saranno approssimati alla seconda cifra decimale.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti nella RDO e ammessi alla fase di valutazione.

La Commissione giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati nella Piattaforma.

La Commissione procede alla riparametrizzazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.1.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul l'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

Tutto ciò premesso

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventuno** del mese di **novembre**, alle ore **15:00**, si è riunita la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Commissario n. 226 del 20/09/2023, come segue:

- Dott.ssa Tiziana Angusti, Dirigente Medico Responsabile Funzione Medicina Nucleare, Presidente;
 - Dott.ssa Marisa Di Franco, Dirigente Farmacista S.C. Farmacia Ospedaliera, Componente;
 - Dott. Edoardo Trevisiol, Dirigente Fisico Funzione Fisica Sanitaria, Componente;
 - Ing. Giuliana Crabuzza, Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere S.S. Ingegneria Clinica, Componente;
 - Ing. Gaetano Cusmano, Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere S.C. Tecnico e Tecnologie, Componente;
- assistita per le operazioni sulla piattaforma Sintel dalla dott.ssa Federica Fresco, Collaboratore Amministrativo Professionale S.C. Provveditorato – Economato, presso una stanza della S.C. Provveditorato - Economato dell'A.O.U.



San Luigi Gonzaga, in Regione Gonzole, 10, Orbassano (TO), per aprire le buste virtuali dell'offerta economica dei n. 2 operatori economici ammessi a seguito della valutazione tecnica, secondo i punteggi riportati in premessa.

Si è provveduto a inserire nella piattaforma e a rendere visibili ai concorrenti i punteggi complessivi delle offerte tecniche, come risultanti dal verbale della seduta riservata di valutazione; successivamente si è provveduto a scaricare le offerte economiche dei concorrenti.

I valori economici inseriti a sistema dagli operatori sono i seguenti:

TEMA SINERGIE S.p.A. euro 179.945,00 punti 30/30

ELSE SOLUTIONS S.r.l. euro 186.000,00 punti 29,02/30

I valori economici indicati dagli operatori economici nello schema di offerta, alla voce "Totale fornitura chiavi in mano IVA esclusa [base d'asta non superabile: 191.900,00 € (N.B. importo rilevante ai fini dell'aggiudicazione, da riportare nell'offerta di sistema)", sono i seguenti:

TEMA SINERGIE S.p.A. euro 181.845,00

ELSE SOLUTIONS S.r.l. euro 186.000,00

Poiché il par. 17 del Disciplinare di gara prevede che "In caso di discrepanza tra l'importo inserito nella "Scheda di offerta generata dal sistema" e quello inserito nell'allegato "Schema offerta OE.xls" verrà tenuto conto l'importo della scheda offerta OE.xls ai fini dell'attribuzione del punteggio." si procede ad effettuare il calcolo del punteggio economico fuori dalla piattaforma in base a quanto previsto dal par. 18.2 del Disciplinare di gara, con le seguenti risultanze:

TEMA SINERGIE S.p.A. punti 30/30

ELSE SOLUTIONS S.r.l. punti 29,33/30

Le risultanze finali sono pertanto le seguenti:

TEMA SINERGIE S.p.A. ot= punti 64,11/70

oe= punti 30/30

totale punti 94,11/100

ELSE SOLUTIONS S.r.l. ot= punti 70/70

oe=punti 29,33/30

totale punti 99,33/100 - 1° classificato

La Commissione, dato atto che sussistono i presupposti di cui al par. 23 del Disciplinare di gara, dispone di trasmettere gli atti al RUP per la verifica di anomalia sul 1° classificato.

La seduta pubblica viene chiusa alle ore 15:20.

Il presente verbale si compone di quattro pagine.

Letto, confermato e sottoscritto:


Dott.ssa Tiziana Angusti



Dott.ssa Marisa Di Franco




Dott. Edoardo Trevisiol




Ing. Giuliana Crabuzza




Ing. Gaetano Cusmano



Dott.ssa Federica Fresco





*Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Luigi Gonzaga
di Orbassano*

Regione Gonzole, 10 – 10043 Orbassano (TO)
c.f. 95501020010, p. iva 02698540016

"PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER FORNITURA CHIAVI IN MANO DI N. 1 ISOLATORE PER PREPARAZIONI RADIOFARMACEUTICHE E ALTRE APPARECCHIATURE COMPLEMENTARI OCCORRENTI ALLA MEDICINA NUCLEARE DELL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA - CUP: E89J19000060002 - CIG: A001883B1B"

GARA N. 208/2023

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI VERIFICA DI CONGRUITA'

Premesso che:

- Con Deliberazione del Commissario n. 176 del 17/08/2023 si è stabilito, tra l'altro:
- di autorizzare a contrarre - per le motivazioni nella premessa del provvedimento esplicitate, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 36/2023 – la FORNITURA CHIAVI IN MANO DI N. 1 ISOLATORE PER PREPARAZIONI RADIOFARMACEUTICHE E ALTRE APPARECCHIATURE COMPLEMENTARI OCCORRENTI ALLA MEDICINA NUCLEARE DELL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA - CUP: E89J19000060002, CIG: A001883B1B, per un importo a base di gara di euro 191.900,00 oltre IVA, di cui euro 1.900,00 per oneri della sicurezza non ribassabili, mediante procedura negoziata senza bando:
 - da espletare in modalità telematica sul Me.PA., tramite Richiesta di Offerta (RDO) aperta ai fornitori abilitati al Bando Beni - Categoria merceologica Apparecchiature elettromedicali, in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti nella documentazione di gara;
 - da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo 70 punti all'elemento qualità e 30 punti all'elemento economico, sulla base dei criteri di valutazione specificati nella documentazione di gara;
- di approvare la documentazione di gara predisposta dalla strutture deputate, allegata al provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, e segnatamente: Capitolato speciale di appalto - Disciplinare di gara e modulistica - PreDUVRI;
- di precisare che per la procedura in oggetto non è prevista alcuna spesa di pubblicità legale;
- In data 18/08/2023 è stata pubblicata sul Me.PA. la RDO aperta n. 3691671, con termine di presentazione offerte alle ore 12 del giorno 18/09/2023 ed, a fronte dei quesiti pervenuti, sono stati pubblicati n. 2 chiarimenti;
- Entro il termine di scadenza suddetto sono pervenute le seguenti offerte:

1. TEMA SINERGIE S.p.A., 15/09/2023 11:02:20,
2. ELSE SOLUTIONS S.r.l. , 18/09/2023 10:00:54;

- Nel corso della seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa, tenutasi il giorno 19/09/2023, il RUP ha ammesso al prosieguo della gara gli operatori suddetti;

- Con Deliberazione del Commissario n. 226 del 20/09/2023 è stata nominata la Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico della procedura in oggetto, come segue:

- Dott.ssa Tiziana Angusti, Dirigente Medico Responsabile Funzione Medicina Nucleare, Presidente;
- Dott.ssa Marisa Di Franco, Dirigente Farmacista S.C. Farmacia Ospedaliera, Componente;
- Dott. Edoardo Trevisiol, Dirigente Fisico Funzione Fisica Sanitaria, Componente;
- Ing. Giuliana Crabuzza, Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere S.S. Ingegneria Clinica, Componente;
- Ing. Gaetano Cusmano, Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere S.C. Tecnico e Tecnologie, Componente;

- Nel corso della seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa, tenutasi il giorno 27/09/2023, la Commissione giudicatrice ha proceduto all'apertura ed allo scarico dalla piattaforma della documentazione tecnica;

- In data 04/10/2023, 17/10/2023 e 18/10/2023 la Commissione giudicatrice, in seduta riservata, ha valutato le offerte dei concorrenti;

- Nel corso della seduta pubblica di apertura delle buste economiche, tenutasi il giorno 21/11/2023, la Commissione giudicatrice ha individuato l'unico parametrico numerico finale come segue:

TEMA SINERGIE S.p.A.	ot= punti 64,11/70	oe= punti 30/30	totale punti 94,11/100
ELSE SOLUTIONS S.r.l.	ot= punti 70/70	oe=punti 29,33/30	totale punti 99,33/100 - 1° classificato

- Poiché sussistono nei confronti del 1° classificato i presupposti di cui al par. 23 del Disciplinare di gara, si è reso necessario valutare l'anomalia dell'offerta;

- Con nota prot. 18099 del 23/11/2023, inviata a mezzo pec, è stato chiesto al concorrente di produrre le spiegazioni ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 36/2023, entro il termine di 5 giorni dalla medesima;

- ELSE SOLUTIONS S.r.l. con nota prot. 18206 del 24/11/2023, inviata a mezzo pec, ha presentato le spiegazioni;

- Con nota prot. 19135 del 01/12/2023, inviata a mezzo pec, è stato chiesto al concorrente di suddividere le voci di costo;

- ELSE SOLUTIONS S.r.l. con nota prot. 20086 del 07/12/2023, inviata a mezzo pec, ha presentato quanto richiesto;

- il par. 19 del Disciplinare di gara prevede, tra l'altro, che: *"Il RUP si avvale dell'ausilio della Commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte."*

Tutto ciò premesso

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **12** del mese di **dicembre**, dalle ore **10** alle ore **10:30** si sono riuniti, presso una stanza della S.C. Provveditorato - Economato dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga, in Regione Gonzole, 10 – Orbassano (TO) il RUP, dott. Claudio AMPRINO, Direttore S.C. Provveditorato – Economato, e la Commissione giudicatrice nominata con Deliberazione del Commissario n. 226 del 20/09/2023, come segue:

- Dott.ssa Tiziana Angusti, Dirigente Medico Responsabile Funzione Medicina Nucleare, Presidente;
 - Dott.ssa Marisa Di Franco, Dirigente Farmacista S.C. Farmacia Ospedaliera, Componente;
 - Dott. Edoardo Trevisiol, Dirigente Fisico Funzione Fisica Sanitaria, Componente;
 - Ing. Giuliana Crabuzza, Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere S.S. Ingegneria Clinica, Componente;
 - Ing. Gaetano Cusmano, Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere S.C. Tecnico e Tecnologie, Componente;
- al fine di verificare l'anomalia dell'offerta del primo classificato nella graduatoria sopra richiamata, ELSE SOLUTIONS S.r.l.

Esaminate le spiegazioni prodotte dal concorrente non sono stati rilevati elementi per accertare l'anomalia dell'offerta.

Il RUP ha formulato, pertanto, proposta di aggiudicazione della procedura negoziata senza bando avente per oggetto la FORNITURA CHIAVI IN MANO DI N. 1 ISOLATORE PER PREPARAZIONI RADIOFARMACEUTICHE E ALTRE APPARECCHIATURE COMPLEMENTARI OCCORRENTI ALLA MEDICINA NUCLEARE DELL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA - CUP: E89J19000060002, CIG: A001883B1B in favore di ELSE SOLUTIONS S.r.l., con sede legale in Via Carlo Goldoni n. 18, Trezzano sul Naviglio (MI) c.f. 01376730188, p. iva 12384150152, con il punteggio di 99,33/100 e per l'importo offerto di euro 186.000,00, di cui euro 1.900,00 per oneri della sicurezza non ribassabili.


L'operatore ha dichiarato di non intendere subappaltare.

Il presente verbale si compone di tre pagine.

I soggetti collegati via Webex rendono per e-mail apposita dichiarazione di partecipazione alla seduta.

Letto, confermato e sottoscritto:

Dott. Claudio AMPRINO




Dott.ssa Tiziana Angusti



Dott.ssa Marisa Di Franco



Dott. Edoardo Trevisiol



Ing. Giuliana Crabuzza



Ing. Gaetano Cusmano

